

# ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2024-10-29-008958-a

Дата формування звіту: 18 листопада 2024

<b>Найменування замовника:</b>	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ПО ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	08734575
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	29000, Україна, Хмельницька область, Хмельницький, ВУЛИЦЯ ПРОСКУРІВСЬКОГО ПІДПІЛЛЯ, будинок 112
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Код ДК 021:2015: 38430000-8 - Детектори та аналізатори
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:38430000-8: Детектори та аналізатори

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Код ДК 021:2015: 38430000-8 - Детектори та аналізатори	ДК 021:2015: 38432000-2 — Аналізатори НК 024:2023: 56706 — Напівавтоматичний аналізатор імунофлюоресцентний IVD (діагностика in vitro)	1 штука	29000, Україна, Хмельницька область, Хмельницький, ВУЛИЦЯ ПРОСКУРІВСЬКОГО ПІДПІЛЛЯ, будинок 112	до 31 грудня 2024

**Вид закупівлі:** Процедура

**Умови оплати:**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	10	Робочі	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 29 жовтня 2024 14:10

Кількість учасників закупівлі: 2

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛТИМЕД"	85 000,00 УАН з ПДВ	85 000,00 УАН з ПДВ	Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей 1. Вимога: Характеристики системи: закрыта, кількісний результат за 3-15 хвилин на такі параметри як: СРБ, цистатин С, мікроальбумін, Д-димер, HbA1c, тропонін, міоглобін, КК-МВ, нейтрофільний желатиназо-асоційований ліпокаїн, бета-2-мікроглобулін, прокальцитонін, тиреотропний гормон, антимієлоервий гормон, вітамін D, фолікулостимулюючий гормон, лютеїнізуючий гормон, антитіла до SarsCov-2 IgM+IgG, антигени SarsCov-2, інтерлейкін-6, ферритин, FT3, FT4, вітамін Д, АССР, СРБ/РФ/ФСЛО, ІgЕ При вивченні файлу «Технічні документи на Аналізатор.pdf», де міститься інструкція по застосуванню «Fluogesare MF-T1000 Імунофлуоресцентний кількісний аналізатор сухого типу», паспорт «Імунофлуоресцентний експрес-аналізатор FLUORECARE MF T1000» та інструкції до реагентів - на вказаних сторінках не міститься інформація: «Характеристики системи: закрыта, кількісний результат за 3-15 хвилин на такі параметри як: СРБ, цистатин С, мікроальбумін, Д-димер, HbA1c, тропонін, міоглобін, КК-МВ, нейтрофільний желатиназо-асоційований ліпокаїн, бета-2-мікроглобулін, прокальцитонін, тиреотропний гормон, антимієлоервий гормон, антимієлоервий гормон, вітамін D, фолікулостимулюючий гормон, лютеїнізуючий гормон, антитіла до SarsCov-2 IgM+IgG, антигени SarsCov-2, інтерлейкін-6, ферритин, FT3, FT4, вітамін Д, АССР, СРБ/РФ/ФСЛО, ІgЕ» відсутня інформація про відповідність усім характеристикам, що не відповідає заявленим вимогам до предмета закупівлі. 2. Вимога: Дисплей: 10,1-дюймовий світлодіодний сенсорний екран, роздільна здатність: 1280x800 стор.5 інструкції, стор. Паспорту 2 При вивченні файлу «Технічні документи на Аналізатор.pdf», де міститься інструкція по застосуванню «Fluogesare MF-T1000 Імунофлуоресцентний кількісний аналізатор сухого типу», паспорт «Імунофлуоресцентний експрес-аналізатор FLUORECARE MF T1000» та інструкції до реагентів - на вказаних Учасником сторінках міститься інформація: «24-бітвий кольоровий РК-екран», що не відповідає заявленим вимогам до предмета закупівлі. 3. Вимога: Розміри: не більше ніж 299 мм × 276 мм × 152 мм При вивченні файлу «Технічні документи на Аналізатор.pdf», де міститься інструкція по застосуванню «Fluogesare MF-T1000 Імунофлуоресцентний кількісний аналізатор сухого типу», паспорт «Імунофлуоресцентний експрес-аналізатор FLUORECARE MF T1000» та інструкції до реагентів - на вказаних Учасником сторінках міститься інформація: «200x346x144», що не відповідає заявленим вимогам до предмета закупівлі. 4. Вимога: Вага: не більше ніж 4,1 кг При вивченні файлу «Технічні документи на Аналізатор.pdf», де міститься інструкція по застосуванню «Fluogesare MF-T1000 Імунофлуоресцентний кількісний аналізатор сухого типу», паспорт «Імунофлуоресцентний експрес-аналізатор FLUORECARE MF T1000» - на вказаних Учасником сторінках міститься інформація: «Вага 5 кг», що не відповідає заявленим вимогам до предмета закупівлі. 5. Вимога: Робоча довжина хвилі (нм): 635±5 При вивченні файлу «Технічні документи на Аналізатор.pdf», де міститься інструкція по застосуванню «Fluogesare MF-T1000 Імунофлуоресцентний кількісний аналізатор сухого типу», паспорт «Імунофлуоресцентний експрес-аналізатор FLUORECARE MF T1000», лист виробника - на вказаних Учасником сторінках міститься інформація: «Довжина хвилі 365 або 615 нм, 365 нм - довжина хвилі збудження, а 615 нм - довжина хвилі, яку випромінює реагент після збудження», що не відповідає заявленим вимогам до предмета закупівлі. 6. Вимога: Кількість каналів: не менше 4 + 1 STAT канал При вивченні файлу «Технічні документи на Аналізатор.pdf», де міститься інструкція по застосуванню «Fluogesare MF-T1000 Імунофлуоресцентний кількісний аналізатор сухого типу» - на вказаній Учасником сторінці міститься інформація: «4 типи (лінійний, поліноміальний, модель MMF та сплайн)», що не відповідає заявленим вимогам до предмета закупівлі. 7. Вимога: Контроль якості (QC)/ Калібрування: наявність у виробника контролів якості та вбудована програма контролю якості на аналізаторі При вивченні файлу «Технічні документи на Аналізатор.pdf», де міститься інструкція по застосуванню «Fluogesare MF-T1000 Імунофлуоресцентний кількісний аналізатор сухого типу» - на вказаній Учасником сторінці міститься інформація: «контроль якості», та немає жодної інформації яким чином (зокрема наявність вбудованої програми контролю якості), що не відповідає заявленим вимогам до предмета закупівлі. 8. Вимога: Лінійність: $r \geq 0,95$ в діапазоні виявлення від 0 мВ до 15000 мВ При вивченні файлу «Технічні документи на Аналізатор.pdf», де міститься інструкція по застосуванню «Fluogesare MF-T1000 Імунофлуоресцентний кількісний аналізатор сухого типу» - на вказаній Учасником сторінці міститься інформація: « $r \geq 0,972$ », що не відповідає заявленим вимогам до предмета закупівлі. 9. Вимога: Повторюваність: $CV \leq 2\%$ у діапазоні [100-15000] мВ; $CV \leq 10\%$ в межах [0-100] мВ При вивченні файлу «Технічні документи на Аналізатор.pdf», де міститься інструкція по застосуванню «Fluogesare MF-T1000 Імунофлуоресцентний кількісний аналізатор сухого типу» - на вказаній Учасником сторінці міститься інформація: « $CV \leq 10\%$ », що не відповідає заявленим вимогам до предмета закупівлі.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХЛР"	91 999,67 УАН з ПДВ	91 999,67 УАН з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: 12.11.2024 10:21

<b>Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:</b>	Відсутні
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	18 листопада 2024
<b>Сума, визначена в договорі про закупівлю:</b>	91 999,67 UAH з ПДВ
<b>Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХЛР"
<b>Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	01021, Україна, м. Київ, вул. Печерський узвіз, будинок 13, офіс 132
<b>Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):</b>	Відсутня
<b>Ідентифікатор договору:</b>	543
<b>Застосовані критерії оцінки:</b>	Ціна - 100%