

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі
UA-2024-11-26-009740-a
Дата формування звіту: 20 грудня 2024

| | |
|--|--|
| Найменування замовника: | Львівський військово-медичний клінічний центр (клінічний госпіталь) Державної прикордонної служби України |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 14321771 |
| Місцезнаходження замовника: | 79014, Україна, Львівська область, Львів, ВУЛИЦЯ ЛИЧАКІВСЬКА, будинок 107 |
| Вид предмета закупівлі: | Товари |
| Назва предмета закупівлі: | Гігасепт форте рідина 2 л або еквівалент (ДК 021:2015:24450000-3 - Агрохімічна продукція; НК 024:2023: 47631 - Засіб дезінфікуючий для медичних виробів) |
| Код за Єдиним закупівельним словником: | ДК 021:2015:24450000-3: Агрохімічна продукція |

| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|---|--|---|---|---|
| Гігасепт форте рідина 2 л або еквівалент | ДК 021:2015: 24455000-8 — Дезинфекційні засоби | 50 штука | 79014, Україна, Львівська область, Львів, ВУЛИЦЯ ЛИЧАКІВСЬКА, будинок 107 | до 25 грудня 2024 |

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-------|------|------------|----------------|----------|--------------------|
|-------|------|------------|----------------|----------|--------------------|

| | | | | | |
|-----------------|--|-------------|----|--------|-----|
| Поставка товару | Замовник проводить оплату після отримання Товару в національній валюті України шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. Розрахунки за поставлений Товар здійснюються за фактом поставки протягом 15 робочих днів з моменту отримання Товару згідно виставлених рахунків-фактур та видаткових накладних. | Післяоплата | 15 | Робочі | 100 |
|-----------------|--|-------------|----|--------|-----|

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 26 листопада 2024 13:37

Кількість учасників закупівлі: 3

| Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) | Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі) | Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону | Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону |
|---|--|--|---|
| ТОВ "БЛАНДАС" | 51 840,00 UAH з ПДВ | 51 840,00 UAH з ПДВ | Не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей. Електронною системою закупівель найбільш економічно вигідною пропозицією за кодом ДК 021-2015-4450000-3 Аграрно-лінійна продукція (Гігасепт форте рідини 2 л або еквівалент) визначено тендерну пропозицію від учасника ТОВ "БЛАНДАС" з пропозицією на суму 51 840,00 грн. з ПДВ. Відповідно до вимог п.п. 1.3.3 п.13 «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» Додатку № 1 до тендерної документації та/або інформації, які подаються учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції» та п. 7 Додатку 4 до тендерної документації «ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ», зазначено, що у складі тендерної пропозиції Учасник подає інформацію про технічні параметри предмету закупівлі у вигляді порівняльної таблиці. На виконання даних вимог, Учасником надано файл з назвою «Додаток №4 Інформація про технічні характеристики.pdf», у якому міститься документ від 29 листопада 2024 року №11-02/04/6578 під назвою «Інформація про технічні параметри предмету закупівлі», де наведена інформація про технічні параметри предмету закупівлі у вигляді порівняльної таблиці. Під час розгляду поданої інформації про технічні параметри предмету закупівлі порівняльної таблиці учасника, виявлено наступне: У стовпчику 1 «Технічні вимоги замовника» пункти 1 зазначено: 1. Засіб для дезінфекції, передстерилізаційного очищення та стерилізації на основі ЧАС - не менше 10,0%, амліну - не менше 9,5,0% (ліючі речовини) з наявністю антикорозійних добавок, неіонних ПАВ, регулятора рН. Відсутність у складі засобу альдегідів, хлору, окисників. Учасником, у стовпчику 2 «Пропозиція учасника» пункти 1, щодо виконання даної вимоги зазначено: 1. Засіб на основі поєднання третионних амінів (доцетилбиспропілентриамін (1,3-пропандіамін) або 1,3-Пропандіамін, N-(3-амінопропіл)-N-доцетил не більше 20 % та ЧАСів (алкїлдиметилбензіламоній хлорид або N,N-диметил-N-алкіл (С6-18)-бензолметанамій хлорид) не менше 10%. Порівнюючи пункт 1 «Технічні вимоги замовника» та «Пропозиція учасника» встановлено, що учасником не надано інформацію щодо наявності антикорозійних добавок, неіонних ПАВ, регулятора рН. Також немає наведеної інформації, щодо відсутності у складі запропонованого засобу альдегідів, хлору, окисників. У стовпчику 1 «Технічні вимоги замовника» пункти 2 зазначено: 2. Засіб повинен мати антимікробні властивості (в т. ч. щодо S.aureus/MRSA, E. coli, P. Mirabilis, P. Aeruginosa та інших), фунгіцидні (т.ч. щодо C. albicans), туберкулоцидні, (щодо Mycobacterium terrae), віроцидні властивості (в т. ч. до збудників гепатитів В, С, ВІЛ-інфекції), споридицидні (щодо V. Subtilis) властивості. Учасником, у стовпчику 2 «Пропозиція учасника» пункти 2 на виконання даної вимоги зазначено: 2. Зливе собою односторонню прозору рідину, яка добре розчиняється у воді. Даний пункт 2 поданий учасником не містить жодної інформації щодо антимікробних властивостей засобу, однак дана інформація наведена у стовпчику 2 «Пропозиція учасника» у пункті 3: має антимікробну активність: бактеріцидну, у відношенні грампозитивних і грам негативних бактерій, вкл. мікобактерій туберкульозу, збудників внутрішньоклітинних інфекцій, MRSA, клебсієли, леґіоніє, кластридії, салмонелі; вірусів (вкл. парентеральні вірусні гепатити (В,С), вірус гепатиту А, ВІЛ, герпес, поліо-, корона-, вірус грипу, вірус «пташиного грипу» А(Н1N1), фунгіцидну (вкл. збудників кандидозів, дерматомікозів) та плісняві гриби, споридицидні властивості). У стовпчику 1 «Технічні вимоги замовника» пункти 3 зазначено: 3. Можливість застосування засобу для дезінфекції, дезінфекції високого рівня, стерилізації медичних інструментів (у т. ч. ендоскопів), застосування в ультразвукових пристроях; можливість багаторазового використання робочих розчинів протягом 7 дб. Натомість, у стовпчику 2 «Пропозиція учасника» пункти 3 на виконання даної вимоги зазначено інформацію про антимікробну активність засобу. Дана інформація зазначена учасником у стовпчику 2 «Пропозиція учасника» пункти 4: Призначення: - проведення поточної, заключної, профілактичної дезінфекції та генеральних прибирань; - Дезінфекція, сушіння процесів дезінфекції і постстерилізаційного очищення і стерилізації усіх видів виробів медичного призначення (вкл. жорсткі, гнучкі ендоскопи та інструменти до них, термолабільні вироби);-дезінфекція нарочно-дихальної апаратури (в тому числі маски, шпиги, трубочки, термолабільні вироби, тощо). Інформація про можливість застосування в ультразвукових пристроях; можливість багаторазового використання робочих розчинів протягом 7 дб, яка повинна бути надана Учасником, відсутня. У стовпчику 1 «Технічні вимоги замовника» пункти 4 зазначено: 4. Можливість скидання робочих розчинів засобу у каналізаційну систему після розведення при утилізації. Учасником, у стовпчику 2 «Пропозиція учасника» пункти 4 на виконання даної вимоги зазначено інформацію про призначення засобу. Інформація щодо можливості скидання робочих розчинів у каналізаційну систему після розведення при утилізації яка повинна бути надана Учасником, відсутня. У стовпчику 1 «Технічні вимоги замовника» пункти 5 зазначено: 5. Засіб випробуваний щодо сумісності з матеріалами ендоскопів. Інформації від Учасника, у поданій таблиці щодо вимог пункту 5 відсутня. У стовпчику 1 «Технічні вимоги замовника» пункти 6 зазначено: 6. Робочі розчини засобу повинні мати добрі змочувальні, миючі властивості, не викликати корозії металів, не пошкоджувати вироби з металів, скла, каучуків, полімерних матеріалів, добре зминаять з поверхонь, підданих обробці, не залишають нальоту. Інформації від Учасника, у поданій таблиці щодо вимог пункту 6 відсутня. У стовпчику 1 «Технічні вимоги замовника» пункти 7 зазначено: 7. Приготування робочих розчинів та дезінфекцію можна проводити в присутності осіб не причетних до процесу дезінфекції. Дана інформація у поданій таблиці учасником також відсутня. Відповідно до пункту 43 Особливостей, якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та /або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та /або подання яких передбачають тендерною документацією, він розуміє, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та /або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та /або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та /або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником, та /або інформації (та /або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводять до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Розглянувши пропозицію учасника ТОВ "БЛАНДАС", встановлено, що учасником не надано повної інформації щодо вимог пунктів 1 та 3 технічних вимог замовника наведених у Додатку № 4 до Тендерної документації, а також відсутня інформація щодо відповідності запропонованого товару Учасником, технічним вимогам наведених у пунктах 4, 5, 6, 7 Додатку № 4 до Тендерної документації. Відповідно, характеристики запропонованого товару Учасником не можна вважати «еквівалентом», оскільки запропоновані дезінфекційні засоби не відповідають наведеними характеристиками в інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі визначених в Додатку № 4 до Тендерної документації. З огляду на викладене, слід зазначити, що відсутність вищезазведеної інформації в запропонованій учасником тендерній пропозиції є такою, що не відповідає технічним параметрам предмету закупівлі наведених у Додатку №4 до тендерної документації, а отже, не відноситься до інформації та/або документів, які підлягають виправленню у розумінні пункту 43 Особливостей. Враховуючи наведене, тендерна пропозиція переможила не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі Документації. Відповідно до вимог абзацу другого підпункту 2 пункту 44 Особливостей, замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та /або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей. Враховуючи викладене, ВИРІШИЛА: 1. Відхилити тендерну пропозицію Учасника ТОВ "БЛАНДАС" з пропозицією на суму 51 840,00 грн. з ПДВ відповідно до пункту 44 Особливостей, оскільки тендерна пропозиція учасника процедури закупівлі не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей. 2. Оприлюднити в електронній системі інформацію про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення протягом одного дня з дня ухвалення такого рішення. |
| ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЦЬ ДІШКО ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 130 000,00 UAH з ПДВ | 130 000,00 UAH з ПДВ | Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі" |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЗОМАГ" | 170 000,00 UAH з ПДВ | 170 000,00 UAH з ПДВ | Не розглядався |

| | |
|--|---|
| Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: | 13.12.2024 16:34 |
| Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю: | Відсутні |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 20 грудня 2024 |
| Сума, визначена в договорі про закупівлю: | 130 000,00 UAH |
| Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ДИШКО ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ |
| Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 02094, Україна, Київська область, Київ, 02094, м.Київ, ВУЛИЦЯ МІНІНА, будинок 4, квартира 5 |
| Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг): | субпідрядника не залучено |
| Ідентифікатор договору: | 379-24 |
| Застосовані критерії оцінки: | Ціна - 100% |