

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Інтродюсер 6F, для трансрадіального доступу, 110 мм, з гемостатичним клапаном та боковим портом з 3-ходовим краником, судинний дилататор з портом для шприця системи Luer, провідник для встановлення пристрою, голка 21Gx40мм, технологія тонких стінок	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 58865 — Набір для введення судинного катетера	60 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025
Провідник з тефлоновим покриттям, з м'яким атравмат. рентгеноконтрастним кінчиком, матеріал сердечника:нержавіюча мед. сталь, форма кінчика: J-тип, рівень підтримки: стандартний, Ø провідника 0.035, довжина провідника: 150 см	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 35094 — Кардіологічний/периферійний судинний провідник одноразовий	60 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025
Інфляційний пристрій, об'єм 30 мл (індефлятор, 3-ходовий краник, Y-коннектор, пристрій для введення провідника, обертаючий пристрій), тиск 30 Атм, гнучка трубка з 3-ходовим краником від 25 см, дисплей (під кутом 30°, з флюоресцируючим фоном)	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 46633 — Шприц-манометр для балонного катетера одноразового застосування відновлений	60 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025
Направляючий катетер, Judkins Right, JR3.5, зовнішній Ø 6 F, внутрішній Ø не менше 0,07", L не менше 100 см, рентгенконтрастна мітка, металева оплітка, без бокових отворів, на основі нейлону/полімеру	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 17846 — Одноразовий судинний напрямний катетер	20 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025

Направляючий катетер, EBU Left, EBU3.0/XB3.0, зовнішній Ø 6 F, внутрішній Ø не менше 0,07", L не менше 100 см, рентгенконтрастна мітка, металева оплітка, без бокових отворів, на основі нейлону/полімеру	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 17846 — Одноразовий судинний напрямний катетер	10 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025
Направляючий катетер, EBU Left, EBU3.5/XB3.5, зовнішній Ø 6 F, внутрішній Ø не менше 0,07", L не менше 100 см, рентгенконтрастна мітка, металева оплітка, без бокових отворів, на основі нейлону/полімеру	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 17846 — Одноразовий судинний напрямний катетер	30 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025
Коронарний балон-катетер:предил. хрон. оклюз., L бал: 15 мм, Ø бал:1,25 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:142 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,025"	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 47732 — Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний	5 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025
Коронарний балон-катетер:для предил. станд. ураж., L бал: 15 мм, Ø бал:1,5 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,025"	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 47732 — Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний	10 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025
Коронарний балон-катетер:предил. хрон. оклюз., L бал: 12 мм, Ø бал:1,5 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,025"	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 47732 — Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний	5 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025

Коронарний балон-катетер:для предил. станд. ураж., L бал: 15 мм, Ø бал:2 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,025"	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 47732 — Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний	30 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025
Коронарний балон-катетер:для предил. станд. ураж., L бал: 20 мм, Ø бал:2 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,025"	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 47732 — Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний	5 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025
Коронарний балон-катетер:для предил. станд. ураж., L бал: 15 мм, Ø бал:2,5 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,025"	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 47732 — Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний	10 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025
Коронарний балон-катетер:предил. хрон. оклюз., L бал: 15 мм, Ø бал:2,75 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,025"	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 47732 — Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний	5 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025
Коронарний балон-катетер:предил. хрон. оклюз., L бал: 12 мм, Ø бал:3 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,025"	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 47732 — Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний	2 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025

Коронарний балон-катетер:предил. хрон. оклюз., L бал: 15 мм, Ø бал:3,5 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,025"	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 47732 — Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний	2 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025
Коронарний балон-катетер:предил. хрон. оклюз., L бал: 12 мм, Ø бал:4 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,025"	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 47732 — Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний	2 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025
Коронарний балон-катетер:для предил. станд. ураж., L бал: 15 мм, Ø бал:4 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,025"	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 47732 — Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний	1 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025
Коронарний балон-катетер:постдил. ст. ур. та/або постдил. вис. тиск, L бал: 15 мм, Ø бал:3 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:142 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,031"	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 47732 — Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний	6 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025
Коронарний балон-катетер:постдил. ст. ур. та/або постдил. вис. тиск, L бал: 12 мм, Ø бал:3 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,031"	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 47732 — Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний	4 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025

Коронарний балон-катетер:постдил. станд. ураж., L бал: 8 мм, Ø бал:3 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,031"	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 47732 — Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний	2 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025
Коронарний балон-катетер:постдил. ст. ур. та/або постдил. вис. тиск, L бал: 12 мм, Ø бал:3,5 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,031"	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 47732 — Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний	3 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025
Коронарний балон-катетер:постдил. ст. ур. та/або постдил. вис. тиск, L бал: 15 мм, Ø бал:3,5 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,031"	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 47732 — Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний	1 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025
Коронарний балон-катетер:постдил. станд. ураж., L бал: 8 мм, Ø бал:3,5 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,031"	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 47732 — Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний	2 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025
Коронарний балон-катетер:постдил. ст. ур. та/або постдил. вис. тиск, L бал: 12 мм, Ø бал:4 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,52F, L кат.:140 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,031"	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 47732 — Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний	2 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025

Коронарний балон-катетер: постдил. ст. ур. та/або постдил. вис. тиск, L бал: 15 мм, Ø бал: 4 мм, покр. гідроф., проф. верх.: 0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр. 0,014", Ø дист. шаф.: 2,52F, L кат.: 140 см, Ø вх. у стен. 0,016", Ø прох. стен. 0,031"	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 47732 — Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний	2 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025
Коронарний балон-катетер: постдил. вис. тиск., L бал: 8 мм, Ø бал: 4,5 мм, покр. гідроф., проф. верх.: 0,016, min max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр. 0,014", Ø дист. шаф.: 2,52F, L кат.: 140 см, Ø вх. у стен. 0,016", Ø прох. стен. 0,031"	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 47732 — Катетер балонний для коронарної ангіопластики стандартний	1 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025
Коронарний провідник, для стандартних ситуацій, прямий/J-подібний, Ø 0.014", L ≥ 180,0 см, навантаження на кінчик 0,5-3 грам, L рентгенконтрастного сегменту ≥ 3,0 см, гідрофільне/силіконове покриття	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 58115 — Периферійний судинний провідник ручний	25 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025
Коронарний провідник: для стандартних ситуацій, внутрішній стержень з нітинолу, рентгенконтрастний сегмент 3 см, гідрофільне покриття провідника (L 190 см, Ø 0.014 дюйм), кінчик прямий (Ø 0.014 дюйм, навантаження 1 г)	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 58115 — Периферійний судинний провідник ручний	25 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025
Коронарний провідник: для стандартних ситуацій, внутрішній стержень з нітинолу, рентгенконтрастний сегмент 3 см, гідрофільне покриття провідника (L 190 см, Ø 0.014 дюйм), кінчик прямий (Ø 0.014 дюйм, навантаження 0.6 г)	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 58115 — Периферійний судинний провідник ручний	25 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинок 3 А	до 31 грудня 2025

Коронарний провідник	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 58115 — Периферійний судинний провідник ручний	25 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинки 3 А	до 31 грудня 2025
Направляючий подовжувальний катетер розмір 5F, з гідрофільним покриттям та рентгенконтрастним кінчиком, виготовлений з нікелю-титану з сталевим оплетенням, без бокових отворів, довжиною 150 см, сумісний з 6 F направляючим катетером	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали НК 024:2023: 17846 — Одноразовий судинний напрямний катетер	5 штука	61103, Україна, Харківська область, місто Харків, пров. Остаповича Ігоря, будинки 3 А	до 31 грудня 2025

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата за поставлений Товар здійснюється Замовником у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30-ти (тридцяти) календарних днів з дати поставки Товару на підставі видаткової накладної.	Післяоплата	30	Календарні	100

**Найменування переможця
процедури закупівлі/спрощеної
закупівлі (для юридичної особи) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) (для фізичної особи):**

ТОВ "ФАРМАКЕЙ"

**Ціна тендерної
пропозиції/пропозиції:**

1 200 144,10 UAH з ПДВ