

# ОГОЛОШЕННЯ

Звіт про укладений договір  
UA-2025-10-28-015699-a

<b>Найменування замовника:</b>	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 1" ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	13815703
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	82100, Україна, Львівська область, місто Дрогобич, ВУЛ.ШЕПТИЦЬКОГО, будинок 9
<b>Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:</b>	Кушнір Ірина, 0680378358, likarna_zvit@ukr.net
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Товари
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	ДК 021:2015 33140000 - Медичні матеріали (Катетери балонні дилітаційні, коронарні провідники, інфляційні пристрої)
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:33140000-3: Медичні матеріали

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Коронарний балон- катетер для, L балона 11-20 мм, Ø балона 1,75-2,25 мм, профіль верхівки до 0,017", тиск балону від 6 Атм, тиск розриву балону від 12 Атм, Ø проксимального шафту від 1,8 F, Ø дистального шафту від 2,3 F, L від 140 см	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	17 штука	82100, Україна, Львівська область, місто Дрогобич, ВУЛ.ШЕПТИЦЬКОГО, будинок 9	до 31 грудня 2025

Коронарний балон-катетер для предилітації стандартних уражень, діаметр: 2.5 мм, довжина: 15 мм, покриття гідрофільне, тиск 6-14 Атм, профіль верхівки 0.016", система RX, катетер 140 см, шафт 1.9/2.55 F	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	8 штука	82100, Україна, Львівська область, місто Дрогобич, ВУЛ.ШЕПТИЦЬКОГО, будинок 9	до 31 грудня 2025
Коронарний балон-катетер для предилітації стандартних уражень та хронічних оклюзій, діаметр: 2.5 мм, довжина: 20 мм, покриття гідрофільне, тиск 6-14 Атм, профіль верхівки 0.016", система RX, катетер 140 см, шафт 1.9/2.55 F	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	7 штука	82100, Україна, Львівська область, місто Дрогобич, ВУЛ.ШЕПТИЦЬКОГО, будинок 9	до 31 грудня 2025
Коронарний балон-катетер для предилітації стандартних уражень та хронічних оклюзій, діаметр: 2.75 мм, довжина: 12 мм, покриття гідрофільне, тиск 6-14 Атм, профіль верхівки 0.016", система RX, катетер 140 см, шафт 1.9/2.55 F	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	3 штука	82100, Україна, Львівська область, місто Дрогобич, ВУЛ.ШЕПТИЦЬКОГО, будинок 9	до 31 грудня 2025
Коронарний балон-катетер для предилітації стандартних уражень та хронічних оклюзій, діаметр: 2.75 мм, довжина: 15 мм, покриття гідрофільне, тиск 6-14 Атм, профіль верхівки 0.016", система RX, катетер 140 см, шафт 1.9/2.55 F	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	5 штука	82100, Україна, Львівська область, місто Дрогобич, ВУЛ.ШЕПТИЦЬКОГО, будинок 9	до 31 грудня 2025
Коронарний балон-катетер для предилітації стандартних уражень, діаметр: 2.75 мм, довжина: 20 мм, покриття гідрофільне, тиск 6-14 Атм, профіль верхівки 0.016", система RX, катетер 140 см, шафт 1.9/2.55 F	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	5 штука	82100, Україна, Львівська область, місто Дрогобич, ВУЛ.ШЕПТИЦЬКОГО, будинок 9	до 31 грудня 2025

Коронарний балон-катетер для предилітації стандартних уражень та хронічних оклюзій, діаметр: 3 мм, довжина: 15 мм, покриття гідрофільне, тиск 6-14 Атм, профіль верхівки 0.016", система RX, катетер 140 см, шафт 1.9/2.55 F	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	3 штука	82100, Україна, Львівська область, місто Дрогобич, ВУЛ.ШЕПТИЦЬКОГО, будинок 9	до 31 грудня 2025
Коронарний балон-катетер для предилітації стандартних уражень, діаметр: 3.0 мм, довжина: 20 мм, покриття гідрофільне, тиск 6-14 Атм, профіль верхівки 0.016", система RX, катетер 140 см, шафт 1.9/2.55 F	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	2 штука	82100, Україна, Львівська область, місто Дрогобич, ВУЛ.ШЕПТИЦЬКОГО, будинок 9	до 31 грудня 2025
Коронарний провідник: для стандартних ситуацій, внутрішній стержень із нітинолу/нерж. сталі, рентгенконтрастний сегмент від 3 см, гідрофільне/силіконове покриття, Ø провідника 0.014", довжина від 180 см, кінчик прямий/J-подібний, навантаження 0.5-3 г	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	30 штука	82100, Україна, Львівська область, місто Дрогобич, ВУЛ.ШЕПТИЦЬКОГО, будинок 9	до 31 грудня 2025
Інфляційний пристрій 20 мл, максимальний тиск 40 Атм, довжина гнучкої трубки з 3-ходовим краником: 30 см, дисплей розташований під кутом 30°, з флюоресцируючим фоном, наявність в комплектації індефлятора та 3-ходового краника	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	15 штука	82100, Україна, Львівська область, місто Дрогобич, ВУЛ.ШЕПТИЦЬКОГО, будинок 9	до 31 грудня 2025
Інфляційний пристрій, об'єм 20 мл (індефлятор, 3-ходовий краник), тиск 30 Атм, гнучка трубка з 3-ходовим краником 25 см, дисплей (під кутом 30°, з флюоресцируючим фоном)	ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали	35 штука	82100, Україна, Львівська область, місто Дрогобич, ВУЛ.ШЕПТИЦЬКОГО, будинок 9	до 31 грудня 2025

**Умови оплати:**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяплата	15	Календарні	100
Дата подання заявки		Повторювана поставка	2	Банківські	100

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** 373 450,00 UAH

**Розмір мінімального кроку пониження ціни:**

**Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):** відсутня

**Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:** 31 жовтня 2025 00:32

**Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):** відсутній

**Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):** відсутній

**Дата та час розкриття тендерних пропозицій:** 31 жовтня 2025 00:32

**Дата та час проведення електронного аукціону:** відсутній